

PharmaBio® FLUID K

Mosó oldat vízzoldható - különösen a nehezen szűrhető vagy oldható - gyógyszergyári minták sterilitásának membrán szűrési módszerrel történő teszteléséhez. a PH EUR szerint.

Portáptalajok	
Katalógusszám:	500 g: PFLK20500, 5 kg: PFLK25000
Szín:	Sárgás
Megjelenés:	Homogén, nedvszívó por
pH autoklávozás előtt (25 °C-on):	6,7 – 7,1

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **8 g** port 1 liter ionmentes vízben. Adjunk hozzá **10 ml TWEEN 80 kiegészítőt (TWS80100)**. Gondosan keverjük meg. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Fejtsük szét, majd sterilizáljuk autoklávbán 121 °C-on, 15 percig.

Kész táptalajok	
Palackos táptalajok:	100 ml: PFLK30100, 500 ml: PFLK30500
Csöves táptalajok:	150 x 15 mm: PFLK40010 (10 ml)
Szín:	Sárgás
pH (25 °C-on):	6,8 - 7,0

Felhasználási útmutató: A palackos táptalajokat sterilen szétfejtjük. A csöves kiszerezésű táptalajok felhasználásra készek.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [g/l]

Húspepton	5,0
Húskivonat	3,0

Tárolási körülmények: A portáptalajokat száraz helyen, szobahőmérsékleten, a palackos és csöves táptalajokat fénytől védve, szobahőmérsékleten tároljuk. Anyagkivételt követően a portáptalajos flakont haladéktalanul gondosan zárjuk vissza!

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

Mikrobiológiai ellenőrzés: Lásd a következő oldalon

Irodalom: European Pharmacopoeia

Csak professzionális felhasználásra!

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

PharmaBio FLUID K

Katalógusszám:	PFLK
Lot:	
Gyártási dátum:	
Lejárat:	

LEÍRÁS

Táptalaj típus:	
Kíszerelés:	
Összetétel g/l:	
Húspepton.....	5 g
Húskivonat	3 g
Ionmentes víz	ad 1000 ml
Sterilizálás:	121 °C – 15 perc
Kiegészítő:	10 ml/l TWEEN 80 kiegészítő (TWS80100)

KÜLSŐ ELLENŐRZÉS

Tulajdonság	Előírás	Eredmény
Szín:	Sárgás	megfelel
Tisztaság:	Transzparens	megfelel
Üledék:	Mentes	megfelel

KÉMIAI ELLENŐRZÉS

pH 25 °C-on:	Előírás: 6,9 ± 0,2	Eredmény:	megfelel
--------------	--------------------	-----------	----------

MIKROBIOLÓGIAI ELLENŐRZÉS

Tenyésztőképesség vizsgálat:

Szilárd táptalaj Lot: PTSAAS	Inkubációs hőmérséklet: 30 - 35 °C Inkubációs idő: 24 – 48 ± 4 h		
Teszt törzsek	Beoltás (cfu)	Előírás	Eredmény
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922		növekedés (24 h)	megfelel
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 29213		növekedés (24 h)	megfelel
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		növekedés (48 h)	megfelel

Sterilitás ellenőrzés:

Inkubációs hőmérséklet: 30 - 35 °C + 20 – 25 °C	Inkubációs idő: 2 + 3 nap
Eredmény:	Nincs növekedés megfelel

Fenti terméket a minőségellenőrző laboratórium a Magyar és az Európai Gyógyszerkönyv érvényes verziója alatt előírt követelmények alapján megfelelőnek találta.

Ez egy elektronikusan készült bizonylat, mely aláírást nem igényel.